

检测报告

报告编号 A2230496942101C03

第 1 页 共 6 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水（比对检测）

报告用途 自行监测

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

检验检测专用章

No.402825D6A5

报告说明

报告编号 A2230496942101C03

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

编制：

谷伟明

签发：

丁清波

审核：

姜梦竹

签发人姓名：

丁清波

采样日期：

2024 年 01 月 19 日

签发日期：

2024/02/06

2024 年 01 月 19 日~

检测日期：

2024 年 01 月 22 日

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07

版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942101C03 第 3 页共 6 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 120.376599° 北纬 33.213959°）



说明：★废水采样点

检 测 结 果

报告编号 A2230496942101C03 第 4 页共 6 页

一、评价依据

- (1) HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
- (2) HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范
- (3) HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
- (4) HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范

二、评价标准

仪器类型	指标限值		
COD _{Cr} 水质自动分析仪	准确度	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	±10%
	实际水样比对	实际水样 COD _{Cr} <30mg/L (用浓度为 20~25mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±5mg/L
		30mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <60mg/L	±30%
		60mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <100mg/L	±20%
		实际水样 COD _{Cr} ≥100 mg/L	±15%

检测结果

报告编号 A2230496942101C03 第 5 页共 6 页

三、检测结果

排污企业名称	江苏好山水环保科技有限公司		现场监测日期	2024 年 01 月 19 日		
测点名称	废水总排放口		分析日期	2024 年 01 月 19 日~ 2024 年 01 月 22 日		
工况	/		样品类型	废水		
样品状态	无色、无味、透明、无浮油		工作量程	0~500mg/L		
测试项目	化学需氧量		采样人员	赵磊、金雷、李全虎		
实际水样测试						
样品编号	采样时间	水质分析仪 测定值 (mg/L)	实验室测定值 (mg/L)	相对 误差	标准 限值	结果 评定
HAQ10907D01	10:37	109.6	92	19.1%	±20%	合格
HAQ10907D02	11:37	95.01	98	-3.05%		合格
HAQ10907D03	12:53	102.9	100	2.90%	±15%	合格
质控样品测定						
质控样品 编号及批号	质控样 浓度 (mg/L)	测试时间	自动仪器 测试结果 (mg/L)	标准限值	比对结果	结果 评定
BD-COD-20240118-04	250	09:31	248.5	±10%	-0.600%	合格
技术说明						
类别	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限	
试验仪器	水质 化学需 氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	标准 COD 消解 装置	KHCOD-12 型	TTF20223651	4mg/L	
自动仪器	重铬酸钾 氧化分光 光度法	COD 在线 分析仪	COD-2000	CC151810002	0.01mg/L	
比对 结果	以上结果表明本次江苏好山水环保科技有限公司废水总排放口化学需氧量的在线 分析比对结果达到指标要求。					

注：采样点位、采样频次由客户指定。

检 测 结 果

报告编号 A2230496942101C03第 6 页共 6 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L

注：此报告的数据结果仅供委托方科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的，不具有对社会的证明作用。（征得客户同意）

报告结束