

检测报告

报告编号 A2240148867103C-1

第 1 页 共 6 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水（比对检测）

报告用途 自行监测

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

检验检测专用章

No. 40282E5973

报告说明

报告编号 A2240148867103C-1

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005


检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

编制：



签发：



审核：

何 以

签发人姓名：

李莉莉

采样日期：

2024 年 04 月 28 日

签发日期：

2024/05/08

检测日期：

2024 年 04 月 28 日

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTILD-HACEDD-0034-F07

版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2240148867103C-1 第 3 页共 6 页

附：检测布点图



监测点位示意图

说明：★废水采样点

检 测 结 果

报告编号 A2240148867103C-1 第 4 页共 6 页

一、评价依据

- (1) HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
- (2) HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范
- (3) HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
- (4) HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范

二、评价标准

仪器类型	指标限值	
pH 水质自动分析仪	实际水样比对	±0.5

检测结果

报告编号 A2240148867103C-1 第 5 页共 6 页

三、检测结果

排污企业名称	江苏好山水环保科技有限公司		现场监测日期	2024 年 04 月 28 日	
测点名称	废水总排放口		分析日期	2024 年 04 月 28 日	
工况	50%		样品类型	废水	
样品状态	微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
测试项目	pH 值		采样人员	张晓、刘国栋	
实际水样测试					
采样时间	水质分析仪 测定值（无量纲）	现场手工测定值 （无量纲）	绝对误差 （无量纲）	标准 限值	结果 评定
10:25	7.33	7.36	-0.03	±0.5	合格
技术说明					
类别	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
试验仪器	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	SX711	TTE20203220	/
自动仪器	玻璃电极法	PH 控制器	SIN-PH160	PH2020A085	/
比对结果	以上结果表明本次江苏好山水环保科技有限公司废水总排放口 pH 值的在线分析比对结果达到指标要求。				

检 测 结 果

报告编号 A2240148867103C-1 第 6 页共 6 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/

报告结束